



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۲۱۳۸۱۲۴۱
تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۲/۲۲
پیوست : دارد

پروانه تکمیل و بسته بندی وسیله پزشکی (یک ساله)

تولید کننده : پژوهش و توسعه امیر پیوند
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۷۲۲۲۸۸
نشانی : استان تهران - تهران - داوودیه، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۱
نام وسیله : EBV NAT Reagents
گروه تخصصی : Microbiology Reagents Infectious Immunology

سابقه مجوز : طراحی پروب و پرایمر محصول حاضر توسط شرکت انجام می شود.

تعهدات و زمان اجرا : ندارد

تعهدات اجرا نشده : ندارد

تاییدیه CE : ندارد

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات به جهت حفظ سلامت جامعه، پروانه تمدید نخواهد شد.

دکتر علی علیزاده

مدیرکل تجهیزات پزشکی

مُهر



سازمان غذا و دارو

اداره کل تجهیزات پزشکی





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۲۱۳۸۱۲۴۱
تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۲/۲۲
صفحه ۱ از ۱

پیوست پروانه تکمیل و بسته بندی EBV NAT Reagents

شرکت پژوهش و توسعه امیر پیوند

ردیف	نام وسیله	مدل	برند	کد UMDNS	کد IMD	حیطه کاربرد
۱	EBV NAT Reagents	۲۵ تستی کیفی Real Time PCR	پژوهش و توسعه امیر پیوند	۱۹۲۴۸	۶۸۴۵۸۶۶۸	کیت تشخیص کیفی EBV جهت تشخیص ویروس رايج ايشتين بار (EBV) در نمونه های CSF و خون محیطی انساني مشکوک به عفونت های ویروسی به روش Real
۲	EBV NAT Reagents	۵۰ تستی کیفی Real Time PCR	پژوهش و توسعه امیر پیوند	۱۹۲۴۸	۸۰۶۸۹۹۵۲	کیت تشخیص کیفی EBV جهت تشخیص ویروس رايج ايشتين بار (EBV) در نمونه های CSF و خون محیطی انساني مشکوک به عفونت های ویروسی به روش Real

دکتر علی علیزاده
مدیرکل تجهیزات پزشکی